

# 물 품 규 격 서

- 입찰공고번호 : (학)일송학원 관리국 제2025-136호
- 입찰건명 : 비뇨의학과(방광경실) Flexible Cystoscope 구매
- 수요기관 : 한림대학교성심병원
- 납품장소 : 수요기관 희망장소 입고도
- 물품내역 등

연번	품명(영문, 국문)	규격 및 사양	총 구매 예정수량 (Q'TY)	1회 최대 발주수량	Warranty 기간	단위 (Unit)
1	Flexible Cystoscope (연성 방광경)	하단 참조	2	2	검수(합격)일로부터 2년 종료월 말일까지	SET

□ 공통사항

1. 장비의 설치와 작동 및 교육은 무상으로 제공한다.
2. 수요기관 담당자 입회하에 계약상대자는 제품의 설치 테스트 및 시험작동을 실시하여야 한다.
3. 무상 하자담보 책임기간은 물품 검수(합격)일로부터 **2년 종료월 말일 까지**를 기본 원칙으로 하며 계약상대자의 추가 제안에 따라 2년을 초과하여 설정할 수 있다.
4. 무상 하자담보 책임기간 중 수요기관의 사정으로 인하여 부서 및 장비의 위치가 불가피하게 이동을 필요로 할 경우 설명 및 설치가 무상으로 이루어진다.
5. 무상 하자담보 책임기간 중 중 공급된 장비의 부속품이 단종된 경우 수요기관이 인정하는 동등 이상의 장비로 무상 교체가 이루어져야 한다.
6. 계약상대자는 어떠한 상황에서도 애프터서비스를 위하여 전문서비스 인력을 제공하여야 하며 애프터서비스를 위하여 교체 부품을 보관하여야 한다.
7. 계약상대자는 장비 납품 시 납품일을 기준하여 제품 제조년월이 6개월 이내인 장비를 납품하고 납품장비에 해당 제조년월이 명시되어야 한다.
8. 기존 노후 의료장비 철거 및 회수(또는 보상판매) 조건으로 제안할 수 있다.

## **<규격 · 사양>**

### **A. Features**

- 1) 세계최초의 HD 화질 연성방광경
- 2) 협대역 화상 강화기술(청색 녹색 파장의 빛을 이용) NBI (Narrow band Imaging)
- 3) 에블루션 팁 디자인 : 부드러운 삽입 가능

### **B. Specifications**

- 1) 시야각 : 120° (Forward viewing)
- 2) 삽입가능한 길이 : 380mm
- 3) 채널 : 2.2mm
- 4) 상방 210°, 하방 120°까지 구부러짐

### **C. Consist of(per 1Set)**

- |                      |     |
|----------------------|-----|
| 1) 연성방광경 (CYF-VH(A)) | 2EA |
| 2) 리키지 테스터           | 1EA |

### **D. Remarks**

- Warranty : 검수(합격)일로부터 2년 종료월 말일까지(단, 소비자 과실 포함, 2번에 한함)