

물 품 규 격 서

- ☐ 입찰공고번호 : (학)일송학원 관리국 제2025-214호
- ☐ 입찰건명 : 산부인과(신관 수술실) Laparoscopic Videoscope 구매
- ☐ 수요기관 : 한림대학교 강남성심병원
- ☐ 납품장소 : 수요기관 희망장소 입고도
- ☐ 물품내역 등

연번	품명(영문, 국문)	규격 및 사양	총 구매예정수량 (Q'TY)	1회 최대 발주수량	WARRANTY 기간	단위 (UNIT)
1	Laparoscopic Videoscope (복강경 내시경)	하단 참조	1	1	검수(합격)일로부터 3년 종료일 말일 까지	SET

☐ 공통사항

- 장비의 설치와 작동 및 교육은 무상으로 제공한다.
- 수요기관 담당자 입회 하에 계약상대자는 제품의 설치 테스트 및 시험작동을 실시하여야 한다.
- 무상 하자담보 책임기간은 물품 검수(합격)완료일로부터 3년 종료일 말일 까지를 기본 원칙으로 하며 계약상대자의 추가 제안에 따라 공고된 무상 하자담보 책임기간(3년)을 초과하여 설정할 수 있다.
- 무상 하자담보 책임기간 중 수요기관의 사정으로 인하여 부서 및 장비의 위치가 불가피하게 이동을 필요로 할 경우 설명 및 설치가 무상으로 이루어진다.
- 무상 하자담보 책임기간 중 중 공급된 장비의 부속품이 단종된 경우 수요기관이 인정하는 동등이상의 장비로 무상교체가 이루어져야한다.
- 계약상대자는 어떠한 상황에서도 애프터서비스를 위하여 전문서비스 인력을 제공하여야 하며 애프터서비스를 위하여 교체 부품을 보관하여야 한다.
- 계약상대자는 장비 납품 시 납품일을 기준하여 제품 제조년월이 6개월 이내인 장비를 납품 하고 납품장비에 해당 제조년월이 명시되어야 한다.

<규격·사양 >

A. Features

1. 2D Videoscope 5mm 30DE

- 1) Chip on the tip
- 2) Fog-Free
- 3) Focus-Free

B. Specifications

1. 2D Videoscope 5mm 30DE

- 1) Field of view : 80DE
- 2) Direction of view : 30DE
- 3) Distal end outer diameter : 5.4mm
- 4) Working length : 330mm
- 5) Reprocessing methods : Autoclave, ETO, STERRAD, washer-disinfector

2. Scope Tray

C. Consist of(per 1Set)

- | | |
|---------------------------|-----|
| 1. 2D Videoscope 5mm 30DE | 1ea |
| 2. Scope Tray | 1ea |

D. Remarks

Warranty : 검수 완료일(합격)로부터 3년 종료 월 말일까지