# 물품규격서

□ 입찰공고번호 : (학)일송학원 관리국 제2025-222-1호

□ 입찰건명 : 안과(신관 수술실) Zepto System 구매

□ 수요기관 : 한림대학교 강남성심병원

□ 납품장소 : 수요기관 희망장소 입고도

□ 물품내역 등

| 연번 | 품명(영문, 국문)                  | 규격 및<br>사양 | 총 구매예정수량<br>(Q'TY) | 1회 최대<br>발 <del>주수</del> 량 | WARRANTY<br>기간             | 단위<br>(UNIT) |
|----|-----------------------------|------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1  | Zepto System<br>(안과용 전기수술기) | 하단<br>참조   | 1                  | 1                          | 검수(합격)일로부터<br>3년 종료월 말일 까지 | SET          |

#### □ 공통사항

- 1. 장비의 설치와 작동 및 교육은 무상으로 제공한다.
- 2. 수요기관 담당자 입회 하에 계약상대자는 제품의 설치 테스트 및 시험작동을 실시하여야 한다.
- 3. 무상 하자담보 책임기간은 물품 검수(합격)완료일로부터 <u>3년 종료월 말일 까지</u>를 기본 원칙으로 하며 계약상대자의 추가 제안에 따라 공고된 무상 하자담보 책임기간(3년)을 초과하여 설정할 수 있다.
- 4. 무상 하자담보 책임기간 중 수요기관의 사정으로 인하여 부서 및 장비의 위치가 불가피하게 이동을 필요로 할 경우 설명 및 설치가 무상으로 이루어진다.
- 5. 무상 하자담보 책임기간 중 중 공급된 장비의 부속품이 단종된 경우 수요기관이 인정하는 동등이상의 장비로 무상교체가 이루어져야한다.
- 6. 계약상대자는 어떠한 상황에서나 애프터서비스를 위하여 전문서비스 인력을 제공하여 야 하며 애프터서비스를 위하여 교체 부품을 보관하여야 한다.
- 7. 계약상대자는 장비 납품 시 납품일을 기준하여 제품 제조년월이 6개월 이내인 장비를 납품하고 납품장비에 해당 제조년월이 명시되어야 한다.

## <규격·사양>

#### A. Features

백내장 수술 시 가장 중요한 단계인 수정체 전낭 절개술을 시행하는데 사용되는 전기 수술기기

#### B. Specifications

- 1. 기존의 방법으로는 하기 어려웠던 환자(동공이 작은 환자, 백내장 진행 정도가 심한 환자, 모양체 소대가 약한 환자, 각막 혼탁이 심한 환자)들도 안전하고 정확하게 전낭 절개 가능.
- 2. 시축 중심의 전낭 절개로 인공 수정체를 정확한 위치에 삽입 가능.
- 3. 전낭 절개 후 절개 면의 인장강도가 기존 방법 대비 최대 3배정도 강함.

## C. Consist of(per 1Set)

1. Main Unit 1 Set

2. Disposable Handpiece with fluid isolator 10 ea / Box

3. Foot Switch 1 ea

### D. Remarks

Warranty : 검수 완료일(합격)로부터 3년 종료 월 말일까지